

CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE

FRASCO TAMPA ROSCA COM AGAR PLATE COUNT REF.: 3640

Certificamos que as amostras foram analisadas em nosso Laboratório de Controle de Qualidade mediante metodologia indicada para este produto.

FÓRMULA MESTRE DO PRODUTO - VOL. 100 mL

COMPOSIÇÃO POR LITRO

| Digestivo pancreático de caseína | 5,0 g |
|----------------------------------|--------|
| Extrato de levedura | 2,5 g |
| Glicose | 1,0 g |
| Agar | 15,0 g |

BASE

Meio de cultura desidratado Agar Plate Count.

FINALIDADE

Meio nutritivo para contagem e manutenção de culturas de bactérias.

ESTERILIZAÇÃO

O produto foi submetido a um processo de esterilização mediante calor úmido (autoclavação) e distribuído em salas limpas, conforme requer sua formulação e utilização, para que se mantenha sua esterilidade até o momento do uso.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado entre 15 °C – 30 °C. A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas.

RESULTADOS

| CARACTERÍSTICAS AVALIADAS | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTIDO | | | |
|--|---|------------------|-------------------------|-------------|--|
| Aspecto físico do produto | Firme | Conforme | | | |
| рН | 7.0 ± 0.2 | 7,0 | | | |
| Cor | Âmbar claro levemente opaco | Conforme | | | |
| Cepas controle: Inóculo < 100 UFC | | Média do Lote | Média de Recuperação | Recuperação | |
| Staphylococcus aureus - ATCC 6538 | Recuperação ≥ 50% | 23 UFC | 20 UFC | 115 % | |
| Escherichia coli - ATCC 8739 | Recuperação ≥ 50% | 48 UFC | 50 UFC | 96 % | |
| Bacillus subitilis - ATCC 6633 | Recuperação ≥ 50% | 28 UFC | 34 UFC | 82 % | |
| Pseudomonas paraeruginosa - ATCC 9027 | Recuperação ≥ 50% | | | | |
| Esterilidade: 35 °C ± 2 °C por 72 horas | Ausência de crescimento | Conforme | | | |
| LOTE: MIN2517380 FAB.: 11/06/2025 VAL.: 08/12/2025 | Responsável Técnico Daiana Nunes – CRBio2/RJ | | | | |