



Rio de Janeiro, 22 de Setembro de 2021.

Prezado Cliente,

A empresa PLASTLABOR vem através deste documento, comunicar a ocorrência de um desvio no processo de impressão de algumas etiquetas da caixa do produto PL 3169 - Lote MIC2127195 – Caldo BHI 10ml 16x150mm.

Onde se lê:

PLAST LABOR

CALDO ENTEROCOCCOSEL C/VANCOMICINA

PL 3199 Lote: MIC2127195 – Validade: 13/02/2022

Finalidade: Meio destinado a detecção e enumeração de *Enterococcus faecalis* resistente à vancomicina.

Leia-se:

PLAST LABOR

CALDO BHI

PL 3169 Lote: MIC2127195 – Validade: 13/02/2022

Finalidade: O caldo BHI é meio um rico em nutrientes destinado ao enriquecimento, isolamento de bactérias fastidiosas, não fastidiosas e fungos em semeadura primária.

Desde já agradecemos sua compreensão e colocamo-nos à sua disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

GARANTIA DA QUALIDADE

☎ (21) 2501-0888

✉ garantiadaqualidade@plastlabor.com.br

✉ jonas.mello@plastlabor.com.br