

COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO
01.943.374/0001-03
Av. do Progresso 900 Ponte Alta
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

R58480102

03/20/2024 0:32:41 GMT
Page 1 of 2

Nome Cliente:	PLAST LABOR IND COM EQUIP HOSP LAB LTDA	Planta de Processo:	Jarinu Gama	Nº WO:	3519086
Customer Name:	3434032	Processing Facility:		Nº SO:	3512705
Nº P.O.				NF Cliente/Cust.	7805 1
7 - 20 kGy		Tratamento Gama		Data/Hora - Irradiação:	03/14/2024 17:31:00 GMT
				Irradiação - Célula:	MAIN CELL
				Irradiation Cell:	

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	3500.0000	UN	07472	Frasco 300ml AG PET Liso Cristal Com Tampa IRRADIADO Peso 4	Q2400437
104	2990.0000	UN	07473	Frasco 500ml AG PET Liso Cristal Com Tampa IRRADIADO Peso	Q2400438
106	7200.0000	UN	04912	Placa de PETRI 90mm C/ 2div Plast Labor	K2400065
108	10200.0000	UN	04912	Placa de PETRI 90mm C/ 2div Plast Labor	K2400066
109	13200.0000	UN	04912	Placa de PETRI 90mm C/ 2div Plast Labor	K2400067
110	15600.0000	UN	04911	Placa de PETRI Rodac 60mm Plast Labor	J2400473
111	12000.0000	UN	04911	Placa de PETRI Rodac 60mm Plast Labor	J2400474
113	13200.0000	UN	04911	Placa de PETRI Rodac 60mm Plast Labor	J2400475
114	14400.0000	UN	04911	Placa de PETRI Rodac 60mm Plast Labor	J2400476
116	15000.0000	UN	03796	Placa de Petri Lisa 90X15MM C/1 Div unidade Plast Labor	F2400516
117	3600.0000	UN	03538	Placa de Petri 90x15mm Lisa unid. Plast Labor	D2401833
118	12000.0000	UN	03538	Placa de Petri 90x15mm Lisa unid. Plast Labor	D2401835
119	32400.0000	UN	03538	Placa de Petri 90x15mm Lisa unid. Plast Labor	D2401836
121	13200.0000	UN	03538	Placa de Petri 90x15mm Lisa unid. Plast Labor	D2401837
122	12000.0000	UN	03538	Placa de Petri 90x15mm Lisa unid. Plast Labor	D2401839
123	13200.0000	UN	03538	Placa de Petri 90x15mm Lisa unid. Plast Labor	D2401841
124	6600.0000	UN	03538	Placa de Petri 90x15mm Lisa unid. Plast Labor	D2401843
125	12000.0000	UN	03538	Placa de Petri 90x15mm Lisa unid. Plast Labor	D2401846
126	19800.0000	UN	03538	Placa de Petri 90x15mm Lisa unid. Plast Labor	D2401847
127	20400.0000	UN	03538	Placa de Petri 90x15mm Lisa unid. Plast Labor	D2401848
128	21600.0000	UN	03538	Placa de Petri 90x15mm Lisa unid. Plast Labor	D2401849
129	1200.0000	UN	03538	Placa de Petri 90x15mm Lisa unid. Plast Labor	D2401850

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	7.00 kGy Reason Code Teste	20.00 kGy	8.05	Pass	FDIOGO FELIPE REBEQUE DIOGO	03/15/2024 12:11:28 GMT
450.00	Dose Máxima	7.00 kGy Reason Code Teste	20.00 kGy	17.95	Pass	FDIOGO FELIPE REBEQUE DIOGO	03/15/2024 12:11:57 GMT

COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO
01.943.374/0001-03
Av. do Progresso 900 Ponte Alta
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

R58480102

03/20/2024 0:32:41 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: PLAST LABOR IND COM EQUIP
HOSP LAB LTDA

Planta de Processo: Jarinu Gama

Nº WO: 3519086

Customer Name:
Nº P.O. 3434032

Processing Facility:

Nº SO: 3512705
NF Cliente/Cust. 7805 1

7 - 20 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 03/14/2024 17:31:00 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: MAIN CELL
Irradiation Cell:

irradiacao gama 7-20 kgy___DOWNLOAD DOCUMENTO XML NF-E SITE: WWW-NFE.FAZENDA.GOV.BR - CONSULTA COMPLETA NF-E___LUCRO REAL___ICMS suspenso conf art 299 do RICMS DEC 1980/2007 IPI suspenso conf adrt 42 inciso VI do Ripi dec 4544/2002___Isento IPI Decreto N 7660, de 23.12.2011 (DOU DE 26.12.2011)___CODECON RJ(Comissao de Defesa do Consumidor RJ)-Rua da Alfandega, 8 -___Centro - Rio de Janeiro RJ - Telefone: 0800-2828060___PROCON RJ(Programa de Orientacao e Protecao ao Consumidor) -___Rua da Ajuda, 5 - Sub-Solo-Centro - Rio de Janeiro RJ - Telefone: 151___ICMS suspenso conf art 299 do RICMS DEC 1980/2007 IPI suspenso conf adrt 42 inciso VI do Ripi dec 4544/2002___P034035 V017 PI 000 000 B007 T00344___COD: 943374-CBE___tipocli: 0

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. GUILHERME CESAR DE SOUZA
Por:

Data/Date: 03/15/2024 15:59:34 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço