

 S GR11.1 DOC 147 REV06 OF 14/05/2024	CERTIFICATE OF STERILITY AND QUALITY ASSURANCE CERTIFICADO DE ESTERILIDAD Y GARANTIA DE CALIDAD	N° 25- CRT03956
--	--	-----------------------

CODE/ CÓDIGO	LOT.N°/NO. DE LOTE	EXP. DATE/FECHA DE CADUCIDAD
922C	251285200	15/09/2027

Device description:	SWAB RINSE KIT (SRK) 10 ML SINGLE PLASTIC APPLICATOR VISCOSA TIPPED
<i>Descripción del Producto:</i>	SRK Solucion de 10ML, tubo integrado con hisopo de viscosa

Products labelled "STERILE R" have been gamma irradiated.

The applied dose range is validated to guarantee the Sterility Assurance Level SAL 10^{-6} .

Sterilisation procedure is validated in conformity with BS EN ISO 11137-1:2015 and BS EN ISO 11137-2:2015.

Productos etiquetado "STERILE R" han sido irradiados gamma.

La gama de dosis aplicada ha sido validada para asegurar el nivel de garantía de esterilidad SAL de 10^{-6} .

El procedimiento de esterilización ha sido validado según la normas BS EN ISO 11137-1:2015 y BS EN ISO 11137-2:2015

Product visual appearance and mechanical controls: passed according to internal SOP.

Apariencia visual del medio y control mecánico: aceptado de acuerdo a procedimientos operacionales estándares internos

pH of medium at 25°C: passed according to internal acceptability limits $7,0 \pm 0,5$.

pH del medio a 25° C: aceptado de acuerdo a procedimientos operacionales estándares internos, límites $7,0 \pm 0,5$.

Cultural response: devices were inoculated with the tester organisms. Recovery obtained after 24 hours at $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ $\pm 30\%/T_0$: passed according to internal SOP.

Respuesta al cultivo: los tubos fueron inoculados con microorganismos de prueba. Recuperación obtenida después de 24 horas a $4 \pm 2^{\circ}\text{C} \pm 30\%/T_0$: aceptado de acuerdo a procedimientos operacionales estándares internos

<i>Aspergillus brasiliensis</i>	ATCC 16404
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922
<i>Candida albicans</i>	ATCC 10231
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 6538
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	ATCC 12228

All reported results were obtained following internal SOP instructions.

Todos los resultados indicados se obtuvieron siguiendo las instrucciones internas del procedimiento operativo estándar.

Copan Italia SpA certifies that all product quality requirements have been met and that all information stated above is correct.

Copan Italia SpA certifica estar conforme con todos los requerimientos arriba mencionados y que toda la información es correcta.

08/10/2025

Certificate Date of Issue

Fecha de Expedición del Certificado



Quality Representative Copan Italia SpA
Via F.Perotti, 10 25125 Brescia (Italy)